

半自動式除細動器 仕様書

令和8年度に鳥取県西部広域行政管理組合消防局（以下「当局」という。）が整備する半自動式除細動器の仕様は次の通りとする。

1	品名及び数量	半自動式除細動器 1台		
2	型式	Xシリーズ AX-12CESNC 又は同等品以上		
3	規格	本体	<ul style="list-style-type: none"> ・二相性波形の除細動器であること。 ・救急現場で使用可能な軽量かつコンパクトであること。 ・本体重量については、5.3kg（バッテリー、記録紙含む）以下であること。 ・耐振動性 MIL-STD810G以上を取得していること。 ・ケーブルや除細動パッドが収納可能なケースを備えていること。 ・カラー液晶画面であること。 ・手動除細動およびAEDモードを有すること。 ・手袋装着時でも確実に操作可能なボタン構造であること。 	
		機能	<ul style="list-style-type: none"> ・解析開始から最短7秒で充電が完了できること。 ・USBフラッシュドライバーにデータを保存できること。またパソコン等で確認及びプリントができること。 ・胸骨圧迫センサー付きパッドを使用し胸骨圧迫の深さ、速さ、リコイルがリアルタイムで確認ができること。 ・専用ソフトで、心電図と同期したCPRデータの印刷、解析（CCFの計算等）ができること。 ・専用ソフトで、複数症例を選択した後に、それらの胸骨圧迫トレンドグラフが閲覧できる事。 ・AEDモードの際、2回目以降の解析時間は3秒であること。 ・胸骨圧迫中断時間を短縮する為にAED解析はフルコミット方式であること。 ・12誘導心電図の伝送機能を有していること。サーバーは専用サーバーであること。（Google等は不可） ・本体に接続した状態で除細動パッドが収納できる構造であること。 ・電源投入時にセルフチェック機能を有していること。 ・AEDでの最大出力エネルギーが200Jであること。 ・SpCOとPIが測定できること。 ・1回目、2回目、3回目の除細動エネルギー値をエスカレーション設定にできること。 ・心電図波形、イベント情報等を24時間以上本体内部に保存できること。 	
4	構成内容	①	半自動式除細動器 XシリーズAX-12CESNC	1
		②	心電図誘導ケーブル（10電極）-IECグラバータイプ TI83000812	1
		③	レインボーリューザブルケーブル RC-48000-0341-36	1
		④	レインボー成人用リューザブルセンサ 8000-000371-36	1
		⑤	レインボー小児用リューザブルセンサ 8000-000372-36	1
		⑥	XシリーズSuperPower II 充電式バッテリー8000-0580-01-36	1
		⑦	SuperPowerバッテリーチャージャー（シングル）8200-000100-01-36	1
		⑧	USBフラッシュドライバー-Xシリーズ用16GB 8000-000473	1
		⑨	Xシリーズ用キャリーケースプレミアム8000-000393-01	1
		⑩	Xシリーズ用保護フィルム（反射低減）PK0009H	1
		⑪	RapidShock 機能追加 EC-RS	1

- 5 納品場所 鳥取県西部広域行政管理組合消防局（鳥取県米子市両三柳5452）
- 6 納入期限 令和8年12月18日（金）＊納入にあたっては、操作等の説明を併せて行うこと。
- 7 その他 同等品を納入する場合は、入札参加申込時にカタログ等の資料を提出のうえ、当局が同等品以上と認めた場合に限ります。

令和 年 月 日

入 札 書 (第 回)

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則（平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号）第2条において準用する米子市契約規則（平成17年米子市規則第43号）、鳥取県西部広域行政管理組合会計規則（令和3年鳥取県西部広域行政管理組合規則第7号）第2条において準用する米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知の上、次のとおり入札します。

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

件 名	半自動式除細動器の納入
納 入 場 所	鳥取県西部広域行政管理組合 消防局
入 札 金 額	金 円

注意

- 1 入札書は、封書にし、封筒表面に「入札書在中」と表示し、裏面に件名、住所、商号又は名称及び代表者氏名を記載すること。
- 2 入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額とし、算用数字を使用してください。なお、入札金額の訂正はできません。

年 月 日

辞 退 届

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

下記の入札物件について、第 回目の入札を辞退します。

記

- 件 名 半自動式除細動器の納入
- 開 札 日 令和 年 月 日
- 辞 退 理 由

年 月 日

入札物品確認書

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

住 所

提出者 商号又は名称

代表者氏名

印

下記の入札物件について、次のとおり確認書を提出します。

記

- 1 件 名 半自動式除細動器の納入
- 2 開 札 日 令和 年 月 日
- 3 入 札 物 品

※ 該当する項目の□をチェックしてください。

仕様書に定めるもので入札に参加

仕様書に定めるもの以外の同等品で入札に参加(組合の認定が必要)

【添付資料】

・仕様内容が確認できる書類

(仕様書に定めるもの以外の同等品で入札に参加する場合の認定結果等)

認定結果は、令和8年5月29日(金)正午までに電話又はファクシミリにより回答いたします。

なお、不適合となった場合は、令和8年6月1日(月)正午までに同等品の再提出を行い、再認定を受けることを認めることとします。

○郵便入札封筒貼付用様式（表面）

※一点鎖線部分を切り取り、長3封筒に貼付してご使用ください。

配達日
指定郵便

配達指定日

令和8年6月9日（火曜日）

入
札
書
在
中

〒689-3403

鳥取県米子市淀江町西原1129番地1

鳥取県西部広域行政管理組合

事務局総務課 入札財政担当 行

○郵便入札封筒貼付用様式（裏面）

《入札書の郵送にあたっての注意事項》

- 1 当組合が入札案件ごとに定める配達日を必ず郵便局で指定してください。
- 2 差出日と配達指定日には、あいだ2日間が必要となります。
- 3 「特定記録郵便」「一般書留」「簡易書留」のいずれかの方法で郵送してください。
- 4 入札書1件につき、封書1通を使用してください。

入 札 番 号	広消17
案 件 名	半自動式除細動器の納入
差出人 住所 商号又は名称 代表者の職氏名	※

※ 必ず記入してください。記入のないものは無効となります。